

# 機材仕様書

件名：アフガニスタン国国立農業試験場再建プロジェクト向け機材

標記に関し、購入する品目、仕様、数量、納入条件等は下記のとおりとする。

## 記

1. 機材品目：付属書 1 機材仕様明細書に示すとおり
2. 納入条件：
  - (1) 調達条件 DDU (仕向地持込渡条件)
  - (2) 納入場所 アフガニスタン国国立農業試験場再建プロジェクト事務所
  - (3) 納入期限 (人工水路以外) 平成 20 年 10 月 25 日  
(人工水路) 平成 20 年 11 月 30 日
  - (4) 梱包 空送梱包
  - (5) 宛先等  
(宛先) National Agricultural Experiment Station Rehabilitation Project (NARP) Office  
(仕向地) Kabul, Afghanistan  
(Consignee) Mr. Shinji Kawasaki, NARP-JICA Project Office, Jamal Meena, Karte Sakhi, Soil Laboratory Department, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock, Kabul, Islamic Republic of Afghanistan  
(Notify Party) Mr. Shinji Kawasaki, NARP-JICA Project Office, Jamal Meena, Karte Sakhi, Soil Laboratory Department, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock, Kabul, Islamic Republic of Afghanistan  
TEL: +93-799-04-10-36
3. 銘板：英文品名、製造番号、製造年月日等を記載した銘板を取り付けること
4. 検査：
  - (1) 納品検査：当プロジェクトの監督責任者またはその代理者が品目、規格、性能及び数量等の検査を実施する。
  - (2) 検査の判定：上記検査の結果、納入された機材が「機材仕様書」の内容を満たしていないと判断された場合、当協会はその理由を明らかにして、当該機材の代替品の納入を求め再度検査を行う。再検査を含め、検査の実施は納入期限内に完了すること。
5. 提出資料：
  - 取扱説明書 (英文、和文) 各 1 部
  - スペアパーツリスト (英文) 各 1 部
  - カタログ (英文・和文) 各 1 部

機材仕様明細書

アフガニスタン国国立農業試験場再建計画プロジェクト 平成20年度本邦調達機材一覧

(品目リスト1)

| 品名              | 仕様  | 数量 |
|-----------------|---|----|
| 試料粉碎器           | 吉田製作所 ウイレー氏実験場用粉碎器 1029-C (粉碎粒度0.5mm、粉碎処理量20kg/h) またはこれと同等品 | 1  |
| pHメーター          | 東亜ディーケーケー MM-60R またはこれと同等品                                  | 2  |
| -センサー           | 東亜ディーケーケー GST-5741 またはこれと同等品                                | 2  |
| -データ集録ソフト       | 東亜ディーケーケー 697541K またはこれと同等品                                 | 2  |
| - 以下は消耗品(1年分)   |   |    |
| ・比較電極用内部液       | 東亜ディーケーケー OBG00002 またはこれと同等品                                | 2  |
| ・フタル酸塩pH標準液     | 東亜ディーケーケー 143F191 またはこれと同等品                                 | 2  |
| ・中性リン酸塩pH標準液    | 東亜ディーケーケー 143F192 またはこれと同等品                                 | 2  |
| ・ほう酸塩pH標準液      | 東亜ディーケーケー 143F193 またはこれと同等品                                 | 2  |
| ・pH標準液用粉末pH4.01 | 東亜ディーケーケー 143F060 またはこれと同等品                                 | 3  |
| ・pH標準液用粉末pH6.86 | 東亜ディーケーケー 143F061 またはこれと同等品                                 | 3  |
| ・pH標準液用粉末pH9.18 | 東亜ディーケーケー 143F062 またはこれと同等品                                 | 3  |
| 電子天秤            | 池本理化工業AJ-2200 またはこれと同等品                                     | 3  |
| 実体顕微鏡           | Meiji tech EMTR-1P/10/305 またはこれと同等品 (総合倍率10x 20x)           | 3  |
| -LED照明*2        | MA964 LEDリング照明装置 またはこれと同等品 (LEDリングを使用した照明装置)                | 3  |
| インキュベーター        |   |    |
| -IW450          | アズワン1-9007-02 (450×450×450 室温+5~80) またはこれと同等品               | 1  |
| -TAS450         | アズワン1-8999-12 (450用棚板セット) またはこれと同等品                         | 1  |

\*1 LED照明を購入のため白色灯の照明装置を除いた値段

\*2 電圧220ボルト(アフガニスタンの電圧)対応

(品目リスト2)

| 品名                           | 仕様                       | 数量 |
|------------------------------|--------------------------|----|
| 人工水路 Simple cut-throat flume | ELE社 EA520-345 またはこれと同等品 | 2  |
| 人工水路 Parshall flume, small   | ELE社 EA520-360 またはこれと同等品 | 2  |
| 人工水路 Parshall flume, large   | ELE社 EA520-365 またはこれと同等品 | 2  |
| 人工水路 WSC flume, small        | ELE社 EA520-375 またはこれと同等品 | 2  |
| 人工水路 WSC flume, large        | ELE社 EA520-380 またはこれと同等品 | 2  |